

POSUDOK
o výsledkoch laboratória v medzilaboratórnom porovnaní skúšok izolačných olejov, uskutočnenom v roku 2016

Laboratórium:

ELPROINVEST, s.r.o., zkušebna E 47, Liberec

sa zúčastnilo na medzilaboratórnom porovnaní skúšok izolačných olejov, organizovanom Asociáciou olejových laboratórií v roku 2016, skúškami:

Č. skúšky	Názov skúšky
I	Meranie prierného napätia podľa STN EN 60156
V	Meranie povrchového napätia kvapkovou metódou podľa TP Orgrez
VII	Stanovenie vody automatickou coulometrickou titráciou podľa Karl Fischera, STN EN 60814

Číselný kód laboratória :	18
---------------------------	----


Hodnotenie laboratória:

Komisia, vytvorená pre organizovanie a vyhodnotenie medzilaboratórneho porovnania skúšok izolačných olejov v roku 2016 (MLPSIO 2016), potvrdzuje, že laboratórium preukázalo v účasti na MLPSIO 2016 spôsobilosť pre vykonávanie skúšok číslo:

I, V, VII.

Hodnotenie laboratória je vykonané na základe štatistického spracovania výsledkov skúšok všetkých zúčastnených laboratórií podľa STN ISO 5725 Presnosť (správnosť a zhodnosť) metód a výsledkov merania: Časť 1, 2, 6 a v zmysle zásad, uvedených v článku 6. Spôsob hodnotenia laboratórií je uvedený v správe o MLPSIO 2016, ktorá je prílohou tohto posudku.

Posudok platí do 31.12.2017.



V Bratislave, 25.11.2016

Ing. Milan Hudec
predseda komisie pre MLPSIO 2016